

Warszawa, 21 grudnia 2020 r.

ADZ.261.72.2020

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Zakup, dostawa i instalacja mikroskopu fluorescencyjnego do obserwacji
stereoskopowych wraz z oprzyrządowaniem
Znak sprawy ADZ.261.72.2020**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, na mocy art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” udziela poniższych wyjaśnień oraz dokonuje zmian treści SIWZ.

W przypadku, gdy udzielona powyżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

- a) Postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- b) Postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

PYTANIE 1:

Czy dopuszczacie Państwo zaoferowanie bardziej zaawansowanego oświetlenia do światła przechodzącego:

- o wysokości powyżej 45mm ze względu na zastosowanie specjalnego lustra, którego obrót zwiększa kontrast reliefowy w świetle skośnym?
- z zewnętrznym oświetleniem typu LED połączonym światłowodem z podstawą mikroskopu?
- z układem elementów przesuwnych oraz dźwignią obrotu lustra pozwalającymi na wybór technik obserwacji w świetle przechodzącym: obserwacja w jasnym polu, obserwacja w ciemnym polu, kontrast reliefowy w świetle skośnym?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oświetlenia do światła przechodzącego:

- o wysokości powyżej 45mm ze względu na zastosowanie specjalnego lustra, którego obrót zwiększa kontrast reliefowy w świetle skośnym,
- z zewnętrznym oświetleniem typu LED połączonym światłowodem z podstawą mikroskopu,
- z układem elementów przesuwnych oraz dźwignią obrotu lustra pozwalającymi na wybór technik obserwacji w świetle przechodzącym: obserwacja w jasnym polu, obserwacja w ciemnym polu, kontrast reliefowy w świetle skośnym.

Zamawiający dokonuje zmiany w akapicie nr 4 Załącznika nr numer 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia:

Było:

Oświetlenie do światła przechodzącego:

- podstawa mikroskopu o wymiarach min. 320 X 370 mm i wysokości max. 45 mm z wbudowanym oświetleniem typu LED do światła przechodzącego z regulacją natężenia światła,
- system obrotowego uchwytu pozwalający na wybór technik obserwacji w świetle przechodzącym np. obserwacja w jasnym polu; obserwacja w ciemnym polu; kontrast reliefowy w świetle skośnym.

Jest po zmianie:

Oświetlenie do światła przechodzącego:

- podstawa mikroskopu o wymiarach min. 320 X 370 mm i wysokości max 100 mm z wbudowanym lub zewnętrznym, połączonym światłowodem z podstawą mikroskopu, oświetleniem typu LED.
- system obrotowego uchwytu lub układ elementów przesuwnych wraz dźwignią obrotu lustra pozwalającymi na wybór technik obserwacji w świetle przechodzącym: obserwacja w jasnym polu, obserwacja w ciemnym polu, kontrast reliefowy w świetle skośnym

PYTANIE 2:

Rozdział V SIWZ

Czy Zamawiający oczekuje wykazu dostaw co najmniej 2 dostaw o wartości nie mniejszej niż 200.000 czy 150 000,00 brutto każda?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w rozdziale V. ust. 1 pkt. 1.2. SWIZ dotyczących Warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

Było:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonał, co najmniej 2 dostawy aparatury badawczej o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

UWAGA: W przypadku podania wartości dostawy w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jest po zmianie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonał, co najmniej 2 dostawy aparatury badawczej o

wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100).

UWAGA: W przypadku podania wartości dostawy w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

PYTANIE 3:

Czy istnieje możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

PYTANIE 4:

Par.4 ust 7 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wymiana tego samego podzespołu w okresie gwarancji następowała po 3 jego naprawach

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4:

Zamawiający dokonuje zmiany w § 4 ust. 7 Załącznika nr 5 – Istotnych postanowieniach umowy:

Było:

W przypadku awarii tego samego podzespołu w okresie trwania gwarancji, zostanie on wymieniony na fabrycznie nowy podzespół o tych samych bądź lepszych parametrach i otrzyma minimum 6- miesięczną gwarancję, niezależną od gwarancji na cały Sprzęt.

Jest po zmianie:

W przypadku awarii tego samego podzespołu w okresie trwania gwarancji, zostanie on wymieniony po 3 jego naprawach na fabrycznie nowy podzespół o tych samych bądź lepszych parametrach i otrzyma minimum 6- miesięczną gwarancję, niezależną od gwarancji na cały Sprzęt.

PYTANIE 5:

Par. 4 ust. 8 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 2 dni?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5:

Zamawiający dokonuje zmiany w § 4 ust. 8 pkt. 8.1. Załącznika nr 5 – Istotnych postanowieniach umowy:

Było:

Podczas obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

8.1. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe - maks. 1 dzień od dnia przesłania zgłoszenia, zgodnie z ust. 9 poniżej. Poprzez czas reakcji Zamawiający rozumie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia

przez Wykonawcę oraz rozpoczęcie przez Wykonawcę prac diagnostycznych celem ustalenia przyczyny usterki i sposobu dokonania jej naprawy. Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu informację o przyczynach usterki Urządzenia oraz sposobie jego naprawy oraz terminie dokonania naprawy w ciągu 7 dni od dnia przesłania zgłoszenia.

JEST PO ZMIANIE:

Podczas obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

8.1. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe - maks. 2 dni od dnia przesłania zgłoszenia, zgodnie z ust. 9 poniżej. Poprzez czas reakcji Zamawiający rozumie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę oraz rozpoczęcie przez Wykonawcę prac diagnostycznych celem ustalenia przyczyny usterki i sposobu dokonania jej naprawy. Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu informację o przyczynach usterki Urządzenia oraz sposobie jego naprawy oraz terminie dokonania naprawy w ciągu 7 dni od dnia przesłania zgłoszenia.

Załącznik nr 3a po zmianach z dn. 21.12.2020 stanowi załącznik do niniejszego pisma i zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert tj. Rozdziału XII SIWZ. Oferty należy składać w terminie do dnia **30 grudnia 2020 roku do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 roku o godzinie 12:30.**

W ww. zakresach zmianie ulega również Ogłoszenie o zamówieniu.